
FICHA TECNICA 01	
NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	**ANALIZADOR DE POCT MICRO PCR.**
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	**CARACTERISTICAS**

Sistema micro-PCR en tiempo real, portátil, automatizado y diseñado para diagnóstico molecular descentralizado.

FOTOGRAFIA



DISEÑADO:	Para descentralizar y ampliar el acceso adiagnósticos precisos con pruebas moleculares de referencia en el punto de atención, Truenat es totalmente automático, funciona con baterías y es portátil, lo que lo hace ideal para diversos entornos de atención médica, desde hospitales urbanos hasta instalaciones de salud remotas.
CAPACIDAD:	1 muestra por corrida, lecturas en tiempo real **TRUELAB QUATTRO EQUIPO (4 CANALES)**.
TIEMPO DE RESULTADO:	≥ 35-60 minutos, según el test.
PANTALLA:	Táctil, interfaz intuitiva, fácil de operar.
	Tamaño compacto, ideal para zonas rurales o móviles.
ENERGÍA:	Operación con batería recargable (4–6 h de autonomía).
TECNOLOGÍA:	qPCR basada en chip (micro-PCR).
INTERFAZ:	Pantalla táctil de 7", con software intuitivo
CONECTIVIDAD:	USB, Wi-Fi y cloud-based reporting
AUTONOMÍA:	Operación con batería recargable (4–6 h)
TIEMPO TOTAL POR PRUEBA:	≥ 35–60 minutos según el test
PESO APROX.:	≥3 kg – ideal para entornos rurales o unidades móviles

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
ASTRID SÁNCHEZ JAIMES Profesional de Apoyo-LDSP Secretaria de Salud del Guaviare	**DIANA CEDEÑO DÍAZ** Profesional Especializado Grado 8 Laboratorio Departamental de Salud Pública (LDSP).	**ROBINSON VARGAS ROA** Técnico Grado 10 PAA